

Liste de produits pour les problèmes cutanés

IMPORTANT:

Avant d'installer votre capteur, cathéter ou pod, et afin qu'ils collent bien à votre peau, faites en sorte de:

- bien nettoyer votre peau et laisser sécher;
- raser la zone en présence de poils;
- ne pas avoir d'huile, de lotion, ni d'écran solaire sur votre peau;
- bien désinfecter la peau et laisser sécher complètement.

PROBLÈME	
DÉCOLLEMENT	IRRITATION et/ou ALLERGIE

AVANT INSTALLATION - sous le dispositif

Produits améliorant l'adhérence des dispositifs et de l'adhésif sur la peau



Lingette Skin Tac™
(lingette protectrice et collante)



Spray Hollister® Adapt™
(adhésif en atomiseur)



Mastisol®
(adhésif liquide)



Produits constituant une barrière entre l'adhésif et la peau afin de réduire l'irritation



Lingette ou Spray Cavilon™
(protecteur cutané)



Lingette Adapt™ - Hollister®
(protecteur cutané)



Lingette ou Spray Skin Prep◊
(lingette protectrice)



PROBLÈME	
DÉCOLLEMENT	IRRITATION et/ou ALLERGIE

Pansements constituant une barrière entre l'adhésif et la peau afin de réduire l'irritation et permettant d'améliorer l'adhérence des dispositifs et adhésifs sur la peau

⚠ Faire un trou avant l'installation pour laisser passer l'électrode ou la canule ⚠

AVANT INSTALLATION - sous le dispositif



Pansement Tegaderm™
(pellicule transparente à mettre en-dessous du dispositif)

✓

✓



Pansement OPSITE®
(pellicule transparente à mettre en-dessous du dispositif)

✓

✓



Pansement IV 3000®
(pellicule transparente à mettre en-dessous du dispositif)

✓

✓



Pansements hydrocolloïdes
(hypo allergène - à mettre en dessous du capteur)

✓

✓

Produits visant à diminuer l'inflammation et les symptômes d'allergie



Spray ou Stick Benadryl® stop itches

✓



Lotion Caladryl®

✓



Pompe Flovent
sur prescription médicale, à appliquer sur la peau avant insertion du dispositif

✓

PROBLÈME	
DÉCOLLEMENT	IRRITATION et/ou ALLERGIE

Adhésifs de type pansement à appliquer par-dessus ou autour du dispositif pour renforcer la tenue



certains transmetteurs ne peuvent pas être recouverts car cela pourrait affecter la transmission de leurs données.



Pansement Tegaderm™
(pellicule transparente)



Pansement IV 3000®
(pellicule transparente)



Pansement Hypafix®
(pellicule blanche)



Autres collants esthétiques :
<https://pimpmydiabetes.com/>
<https://pumppeelz.com/>
<https://notjustapatch.com/>



Bandes pour maintenir le dispositif en place (lors d'activité physique par exemple)



Bandes de maintien:
- <https://pimpmydiabetes.com/>



Produits permettant d'enlever les résidus de colle sur la peau



Lotion ou lingette Remove®
(dissolvant d'adhésif)

Huile de bébé

APRÈS INSTALLATION - par dessus ou autour